Grupo de Trabajo de
Tecnologías Aplicadas a la Diabetes

PARÁMETROS CONFIGURABLES CON EFECTO EN EL MODO AUTOMÁTICO
Ratios
Sensibilidad
Basal programada



Paso a paso, interpretación informes Tandem Control IQ

PASO 1. Análisis del informe resumen



PASO 2. Análisis gráfico diario

Confirmar patrones de Hipo-hiperglucemia detectados en AGP y ver si ocurren en ayunas y postprandial




Confirmar momento del día con mayor % de paradas predictivas detectando en LGS/PLGS

Revisar desconexiones del sistema y distinguir entre suspensiones manuales y pérdidas de señal



PASO 3. Análisis de informe de dispositivos





LGS: low glucose suspension, PLGS: predictive low glucose suspension

Autores/as: Nuria Alonso Carril, Sharona Azriel, Pilar Bahillo, Raquel Barrio, Jorge Bondia, María Durán, Jesús Moreno, Marcos Pazos, Carmen Quirós, Luz Reyes, Marisol Ruiz de Adana y Estibaliz Ugarte, en representación del **Grupo de Trabajo de Tecnologías Aplicadas a la Diabetes de la SED**